

# AZ 09.0625.01.22

## 13.01.2022

**“KVAZAR” Elmi-Texniki İstehsalat Mərkəzinin Çənlərin dərəcələnməsi laboratoriyası**  
(Bakı şəh.,Maksud Əlizadə küçəsi 22, mənzil 40)  
**AKKREDİTASIYA SAHƏSİ**

Sıra Sayı	Kalibrənməsi aparılan Ölçü Vasitələrinin (ÖV) adı,növü	ÖV-nin metroloji göstəriciləri		Kalibrənmə metodlarını müəyyən edən NS-nin şifri
		Ölçmə diapazonu	Sinifi,dərəcəsi, bölgü qiyməti, xətası	
1	2	3	4	5
1	Üfuqi polad çənlər	0÷200 m <sup>3</sup>	0÷100 m <sup>3</sup> ±0,1% 100÷200 m <sup>3</sup> ±0,06%	ГОСТ 8.346-2000
2	Şaquli polad çənlər	0÷50000 m <sup>3</sup>	0÷3000 m <sup>3</sup> ±0,20% 3000÷50000 m <sup>3</sup> ±0,15% 5000÷50000 m <sup>3</sup> ±0,10%	ГОСТ 8.570-2000
3	Avto çənlər	0÷40 m <sup>3</sup>	±0,4%	ГОСТ 8.600-2011