

AZ 09.0653.01.22

07.04.2022

“AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” ASC-nin kalibrlemə laboratoriyasının

(Bakı şəhəri, Xudu Məmmədov küçəsi 3)

AKKREDİTASIYA SAHƏSİ

Sıra sayı	Kalibrleməsi aparılan Ölçü Vasitələrinin(ÖV) adı,növü	ÖV-nin metroloji göstəriciləri		Kalibrlemə metodlarını müəyyən edən NS-nin şifri	Qeyd
		Ölçmə diapazonu	Sinifi,dərəcəsi, bölgü qiyməti,xətası		
1	2	3	4	5	6
1	Göstərən manometrlər	0,1+25,0 kqq/sm ³	±1,5÷4,0%	ГОСТ 8.053-73 МИ 925-85	
2	Termometrlər -maye və civəli	-35+140°C	0,1°C; 0,2°C, 0,5°C	ГОСТ 8.317-78 МИ 2966-2005 ГОСТ 8.279-78 ГОСТ 9871-75 ГОСТ 13646-68	
	- termotənzimləyicilər	0÷50°C 0÷120°C	±1,5°C	ГОСТ 6651-2009 ГОСТ 9871-75	
	-elektron termometrlər	-35÷140°C	±0,2°C	МИ 2671-2001 ГОСТ 9871-75	
	Temperatur ölçən cihazlar (temperatur çeviriciləri)	-35÷140°C	±0,2°C	ГОСТ 8.338-2002 ГОСТ 8.461-2009	